


การเข้าใช้งานระบบค้นหาและสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

ผ่านเว็บไซต์ <https://www.tilsna.or.th/home>

เมนู E-Services ฐานเครื่องมือแพทย์



คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล EPs และ NQI สำหรับเครื่องมือแพทย์แห่งชาติ

ขั้นตอนการใช้งานระบบค้นหาและช่วยสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

ระบบค้นหาและช่วยสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ เป็นเมนูสำหรับค้นหาข้อมูล และวิเคราะห์ข้อมูลที่จำเป็นต่อการนำผลิตภัณฑ์ที่ค้นหาไปขึ้นทะเบียน เช่น ข้อมูลประเภทหลักเกณฑ์ ระดับความเสี่ยง และชนิดของผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ แล้วจึงสรุปเป็นข้อมูล และเอกสารต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการขึ้นทะเบียนของผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่มีข้อมูลตก และขั้นตอนแตกต่างกัน ซึ่งระบบค้นหาและช่วยสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ นั้นสามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่

1. ขั้นตอนที่ 1: คำอธิบาย

ในขั้นตอนนี้ เว็บไซต์จะแสดงแผนภาพขั้นตอนการใช้งานเมนู “ระบบค้นหาและช่วยสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์” ซึ่งจะปรากฏเป็นหน้าแรกเมื่อคลิกเข้าสู่เมนูนี้



ภาพ 1: แผนภาพแสดงขั้นตอนการใช้งานเมนู ระบบค้นหาและช่วยสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ซึ่งจากขั้นตอนที่ 1 เมนู ระบบค้นหาและช่วยสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ สามารถเข้าถึงได้จากส่วนล่างของ หน้าแรก หรือ Homepage ดังภาพ



ภาพ 2: วิธีการเข้าสู่เมนู ระบบค้นหาและช่วยสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

2. ขั้นตอนที่ 2: ค้นหาเครื่องมือแพทย์


จากหน้าแรกของเมนู ระบบค้นหาและช่วยสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ สามารถเริ่มต้นการค้นหาได้ด้วยการคลิกที่ปุ่ม “คลิกเพื่อเริ่มต้นการค้นหา” ในบริเวณดังภาพ



ภาพ 3: วิธีการเริ่มต้นการค้นหาข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

ซึ่งผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่ต้องการใช้ ระบบค้นหาและช่วยสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ จำเป็นจะต้องเข้าสู่ระบบ ก่อนจึงจะสามารถใช้งานเมนูนี้ได้ หากยังไม่ได้ทำการเข้าสู่ระบบ จะปรากฏแจ้ง

เตือน เมื่อคลิกที่ปุ่ม “คลิกเริ่มต้นการค้นหา”



ภาพ 4: แจ้งเตือนเข้าสู่ระบบ

เมื่อได้ทำการเข้าสู่ระบบแล้ว กลับมาที่หน้าเมนู จะพบปุ่ม “ประวัติการค้นหา” ซึ่งสามารถคลิกเพื่อตรวจสอบประวัติการค้นหาได้ กรณีต้องการเริ่มต้นขั้นตอนการค้นหา สามารถคลิกที่ “คลิกเพื่อเริ่มต้นการค้นหา” แล้วจะปรากฏรายการเครื่องมือแพทย์ที่มีข้อกำหนดกฎหมายเฉพาะ 35 รายการ ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบข้อมูลเครื่องมือแพทย์ภายในรายการ แล้วเลือกด้วยการคลิกที่บริเวณด้านหน้าชื่อเครื่องมือแพทย์ และคลิก “ยืนยันที่เลือก” เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป

ระบบค้นหาและสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

ประวัติการค้นหา



Step 1

คำอธิบาย



Step 2

ค้นหาเครื่องมือแพทย์



Step 3

ข้อมูลบริษัท/หน่วยงาน



Step 4

ผลลัพธ์

เครื่องมือแพทย์ที่คุณต้องการค้นหา อยู่ในรายการเครื่องมือแพทย์ที่มีข้อกำหนดด้านกฎหมายเฉพาะด้านสิ่งนี้หรือไม่ ?

- ☐ ผลิตภัณฑ์ที่เข้มนับสำหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
 - ☐ อุปกรณ์บรรจุโลหิตที่มีส่วนประกอบของน้ำยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
 - ☐ ผลิตภัณฑ์ฟอกสีฟัน
 - ☐ เลือกว่านทางการแพทย์
 - ☐ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ใช้ครั้งเดียวชนิด N95 หรือสูงกว่า
 - ☐ หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ใช้ครั้งเดียว
 - ☐ ชุดคลุมปฏิบัติทางการการแพทย์
 - ☐ กระบอกฉีดอินซูลินปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว (ชนิดไม่มีเข็มฉีดยา)
 - ☐ กระบอกฉีดยาผ่านได้ผิวหนังปราศจากเชื้อชนิดใช้ครั้งเดียว (ชนิดไม่มีเข็มฉีดยา)
 - ☐ กระบอกฉีดอินซูลิน ที่นอกเหนือจาก U- 40, U-100 (ไม่มีเข็มฉีดยา)
 - ☐ กระบอกฉีดอินซูลิน ที่นอกเหนือจาก U- 40, U-100 (มีเข็มฉีดยา)
 - ☐ ถุงมือสำหรับตรวจโรค
 - ☐ ถุงมือศัลยกรรม (ใช้งานชั่วคราว)
 - ☐ ถุงมือศัลยกรรม (ใช้งานระยะสั้น)
 - ☐ เลนส์สัมผัส
 - ☐ เต้านมเทียมซิลิโคนใช้ฝังในร่างกาย
 - ☐ ผลิตภัณฑ์ที่กรดไฮยาลูโรนิกชนิดฉีดเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของผิวหนัง (bacterial fermentation) ที่ไม่มียาเป็นส่วนประกอบ
 - ☐ ผลิตภัณฑ์ที่กรดไฮยาลูโรนิกชนิดฉีดเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของผิวหนัง (bacterial fermentation) ที่มียาเป็นส่วนประกอบ

- ☐ สารเติมเต็มผิวหนัง (จากสิ่งมีชีวิต) ชนิดฉีดที่ไม่ใช่กรดไฮยาลูโรนิกเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของผิวหนัง (ไม่มียาเป็นส่วนประกอบ)
 - ☐ สารเติมเต็มผิวหนัง (จากสิ่งมีชีวิต) ชนิดฉีดที่ไม่ใช่กรดไฮยาลูโรนิกเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของผิวหนัง (มียาเป็นส่วนประกอบ)
 - ☐ สารเติมเต็มผิวหนัง (จากสารสังเคราะห์) ชนิดฉีดที่ไม่ใช่กรดไฮยาลูโรนิกเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของผิวหนัง (ไม่มียาเป็นส่วนประกอบ)
 - ☐ สารเติมเต็มผิวหนัง (จากสารสังเคราะห์) ชนิดฉีดที่ไม่ใช่กรดไฮยาลูโรนิกเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของผิวหนัง (มียาเป็นส่วนประกอบ)
 - ☐ ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติเหนียวสำหรับใช้ในกระบวนการผ่าตัดตา (ผลิตจากสารสังเคราะห์)
 - ☐ ผลิตภัณฑ์ที่มีสมบัติเหนียวสำหรับใช้ในกระบวนการผ่าตัดตา (ผลิตจากสิ่งมีชีวิต)
 - ☐ ซอฟต์แวร์ทำงานโดยลำพัง (standalone software เฉพาะ Non-IVD เท่านั้น)
 - ☐ ถุงยางอนามัยที่มียาเป็นส่วนประกอบ
 - ☐ ถุงยางอนามัยที่ไม่มียาเป็นส่วนประกอบ
 - ☐ ผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลเลนส์สัมผัส
 - ☐ ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อฆ่าเชื้อสำหรับมนุษย์ สัตว์ และเครื่องมือแพทย์
 - ☐ ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคัดกรองการติดเชื้อเอชไอวีด้วยตนเอง
 - ☐ ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี (ตรวจวินิจฉัย)
 - ☐ ชุดตรวจที่เกี่ยวข้องกับการติดเชื้อเอชไอวี (ตรวจติดตามการรักษา, ตรวจ viral load)
 - ☐ ชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SAR-CoV-2
 - ☐ ชุดทดสอบสารเสพติดแอมเฟตามีนในปัสสาวะ
 - ☐ เครื่องตรวจวัดระดับหรือปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย

คลิกเพื่อเลือกรายการ

ยืนยันที่เลือก

ไม่มีในรายการ

คลิกที่นี่

ภาพ 5: ขั้นตอนการตรวจสอบรายการเครื่องมือแพทย์ที่มีข้อกำหนดกฎหมายเฉพาะ 35 รายการ

หากไม่มีรายชื่อเครื่องมือแพทย์ที่ต้องการค้นหาปรากฏอยู่ในรายการ สามารถคลิก “ไม่มีในรายการ” เพื่อตรวจสอบข้อมูลจากเครื่องมือแพทย์อื่น ๆ ในระบบ นอกเหนือจากเครื่องมือแพทย์ที่มีข้อกำหนดกฎหมายเฉพาะ 35 รายการ ได้ เมื่อคลิกแล้วจะปรากฏรายการเครื่องมือแพทย์ที่มีอยู่แล้วในระบบ สามารถคลิก “เลือก” เพื่อดูข้อมูล และไปยังขั้นตอนถัดไปได้

ระบบค้นหาและสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

๖ ประสิทธิภาพ



Step 1

คำอธิบาย



Step 2

ค้นหาเครื่องมือแพทย์



Step 3

ข้อมูลบริษัท/หน่วยงาน



Step 4

ผลลัพธ์

กรอกชื่อผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่ต้องการค้นหา ...

ค้นหา



เลือก



เลือก



เลือก



เลือก



เลือก



เลือก



เลือก



เลือก



เลือก



เลือก




เลือก



เลือก

ภาพ 6: ขั้นตอนการตรวจสอบรายการเครื่องมือแพทย์ที่มีอยู่ในระบบ

อีกช่องทางหนึ่งในการค้นหาเครื่องมือแพทย์ที่ต้องการคือการใช้ช่องค้นหา และกรอกคำค้นหางไป ระบบจะแสดงผลพบว่าเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวนั้นมีข้อมูลอยู่ในระบบหรือไม่ ดังภาพ




ภาพ 7: ขั้นตอนการตรวจสอบรายการเครื่องมือแพทย์ที่มีอยู่ในระบบ ผ่านการใช้ช่องค้นหา และคำค้นหา

2.1. ขั้นตอนยืนยันข้อมูล

กรณีพบรายชื่ออยู่ในรายการเครื่องมือแพทย์ที่มีข้อกำหนดกฎหมายเฉพาะ 35 รายการ และคลิก “ยืนยันข้อมูล” หรือกรณีพบข้อมูลเครื่องมือแพทย์ดังกล่าวในระบบและทำการเลือก ระบบจะแสดงหน้ายืนยันข้อมูล เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบตรวจสอบว่าเครื่องมือแพทย์ที่ได้ทำการเลือกไว้นั้นถูกต้องหรือไม่ ดังภาพ


ภาพ 8: ขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูล (1)

หากตรวจสอบข้อมูลแล้ว สามารถคลิกเพื่อตรวจสอบคำอธิบายของข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ประเภท ความเสี่ยง และหลักเกณฑ์ ได้ด้วยการคลิก “นิยาม” จากนั้นคำอธิบายจะปรากฏเป็น หน้าต่างป๊อป-อัพ ดังภาพ



ภาพ 8: การคลิกดูคำอธิบายของข้อมูล

กรณีไม่พบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำค้นหาดังกล่าวในระบบ สามารถคลิก “สนใจ” เพื่อไปยังขั้นตอนถัดไป และให้ระบบแสดงชุดคำถามต่าง ๆ ที่จัดทำมาเพื่อวิเคราะห์ และสรุปข้อมูลของเครื่องมือแพทย์ที่ต้องการค้นหา



ภาพ 7: ขั้นตอนการสอบถามความสนใจต่อการให้ระบบแสดงขั้นตอนวิเคราะห์ และช่วยสรุปข้อมูล

2.2. ชุดคำถามวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

เมื่อคลิก “สนใจ” ระบบจะเริ่มแสดงคำถามสำหรับวิเคราะห์ และช่วยสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ โดยแบ่งออกเป็น 2 ชุด ซึ่งชุดแรกมีจุดประสงค์เพื่อตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์นั้น เป็นเครื่องมือแพทย์หรือไม่ และในชุดที่ 2 จัดทำเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลหลักเกณฑ์ ความเสี่ยง และประเภท ของเครื่องมือแพทย์ โดยรูปแบบของการตอบคำถามจะเป็นดังภาพ

ระบบค้นหาและสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

DENMED admin medical tool

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา อิงค์ควาบุรี ศูนย์ข้อมูล คู่มือการใช้งาน คำถามที่พบบ่อย

Step 1 > Step 2 > Step 3 > Step 4

คำอธิบาย ค้นหาเครื่องมือแพทย์ ข้อมูลบริษัท/หน่วยงาน ผลลัพธ์

คำถามข้อที่ 1.
ผลิตภัณฑ์ที่ใช้กับคน สัตว์ สิ่งของและสภาพแวดล้อม (Target)

1. ☐ คน
2. ☐ สัตว์
3. ☐ สิ่งของและสภาพแวดล้อม


คำถามประเภทเลือกตอบ
ได้หลายตัวเลือก

คลิกที่นี่ **ต่อไป >**

ภาพ 7: ตัวอย่างคำถามชุดที่ 1


ภาพข้างต้น เป็นภาพจากคำถามชุดที่ 1 ที่ใช้สำหรับประเมินว่าผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เป็นเครื่องมือแพทย์หรือไม่ เมื่อปรากฏคำถาม และตัวเลือกลักษณะดังกล่าว หมายความว่าคำถามนั้น สามารถเลือกตอบได้หลายคำตอบ เมื่อทำการเลือกแล้วสามารถคลิกที่ปุ่ม “ถัดไป” เพื่อให้ระบบแสดงคำถามข้อถัดไปได้ เมื่อตอบคำถามชุดที่ 1 ครบแล้ว ระบบจะแสดงผลการประเมินว่า ผลิตภัณฑ์ที่ทำการค้นหานั้น เป็นเครื่องมือแพทย์หรือไม่

หากเป็นเครื่องมือแพทย์ จะสามารถไปยังคำถามชุดที่ 2 ที่จะวิเคราะห์ข้อมูล หลักเกณฑ์ ความเสี่ยง และประเภทของเครื่องมือแพทย์นั้น ๆ ได้ โดยจะมีรูปแบบคำถามดังภาพ ซึ่งจะแตกต่างจากคำถามในชุดแรก โดยในคำถามชุดที่ 2 นั้นจะต้องเลือกเพียง 1 ตัวเลือกเท่านั้น และระบบจะแสดงคำถามข้อถัดไป หลังจากคลิกเลือก โดยสามารถคลิก “ย้อนกลับ” ได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงคำตอบ




ภาพ 8: ตัวอย่างคำถามชุดที่ 2

2.3. ภาพตัวอย่างผลการประเมินจากคำถามชุดที่ 1



ภาพ 9: ตัวอย่างผลการประเมินว่า เป็นเครื่องมือแพทย์



ภาพ 10: ตัวอย่างผลการประเมินว่า ไม่เป็นเป็นเครื่องมือแพทย์

ในกรณีที่ 2 หรือผลการประเมิน ไม่เป็นเครื่องมือแพทย์ ระบบค้นหาและช่วยวิเคราะห์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ นั้น จะแสดงแนวโน้มประเภทผลิตภัณฑ์ที่เข้าข่าย ซึ่ง สามารถสังเกตได้จากการ ขีดเส้นใต้

3. ขั้นตอนที่ 3: ข้อมูลบริษัท/หน่วยงาน

ในขั้นตอนที่ 3 นี้ จะเป็นการตรวจสอบข้อมูล และสถานะต่าง ๆ ของบริษัท/หน่วยงาน ผ่านชุดคำถามดังภาพ ซึ่งในบางข้อ สามารถกรอกข้อมูล รวมไปถึงแนบหลักฐานยืนยันได้ ตามต้องการ

ระบบฐานข้อมูล EPs และ NQI สำหรับเครื่องมือแพทย์แต่ละยี่ห้อ

ระบบค้นหาและสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

DENMED admin medical tool

หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | องค์ความรู้ | ศูนย์ข้อมูล | คู่มือการใช้งาน | คำถามที่พบบ่อย

Step 1 > Step 2 > Step 3 > Step 4

คำอธิบาย | ค้นหาเครื่องมือแพทย์ | ข้อมูลบริษัท/หน่วยงาน | ผลลัพธ์

บริษัท/หน่วยงาน ขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ : Partial หรือ Full

☒ ข้อมูลเลขที่ใบรับรอง
กรอกเลขที่ใบรับรอง

กรอกข้อมูล

ตัวอย่างจากกรอก 11-1-1-1-1111111

วันหมดอายุ

dd/mm/yyyy

แบบไฟล์หลักฐานประกอบ

Choose File No file chosen

ขนาดไฟล์ PDF ต้องไม่เกิน 100MB

ส่งคำตอบ

ภาพ 11: ตัวอย่างคำถามตรวจสอบข้อมูลบริษัท/หน่วยงาน (1)

ระบบฐานข้อมูล EPs และ NQI สำหรับเครื่องมือแพทย์แต่ละยี่ห้อ

ระบบค้นหาและสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

DENMED admin medical tool

หน้าหลัก | เกี่ยวกับเรา | ติดต่อเรา | องค์ความรู้ | ศูนย์ข้อมูล | คู่มือการใช้งาน | คำถามที่พบบ่อย

Step 1 > Step 2 > Step 3 > Step 4

คำอธิบาย | ค้นหาเครื่องมือแพทย์ | ข้อมูลบริษัท/หน่วยงาน | ผลลัพธ์

บริษัท/หน่วยงาน ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการแล้วหรือไม่ ?

☐ ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการแล้ว

☐ ยังไม่ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ

ยืนยัน

ภาพ 12: ตัวอย่างคำถามตรวจสอบข้อมูลบริษัท/หน่วยงาน (2)

เมื่อกรอกข้อมูลเกี่ยวกับ บริษัท/หน่วยงาน เรียบร้อยแล้ว จะปรากฏหน้าสรุปข้อมูล สำหรับตรวจสอบว่าข้อมูลที่กรอก หรือผลสรุปจากการตอบคำถามนั้นถูกต้องหรือไม่ โดยสามารถคลิก “ยืนยันข้อมูล” เพื่อไปยังขั้นตอนต่อไป หรือ “ยกเลิก” เพื่อกลับไปยัง หน้าแรก อีกทั้งในหน้าสรุปข้อมูลนี้ มีรูปแบบเช่นเดียวกันกับหน้าสรุปข้อมูลเครื่องมือ แพทย์ที่สามารถคลิก “นิยาม” เพื่อตรวจสอบคำอธิบายของข้อมูล และมีลิงก์ที่เชื่อมโยงไป ยังระบบให้คำปรึกษาออนไลน์ (E-consult) กรณีที่ บริษัท/หน่วยงาน ไม่มีหรือไม่ทราบ ข้อมูล

DENMED admin medical tool

หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ช่องความรู้ ศูนย์ข้อมูล คู่มือการใช้งาน คำถามที่พบบ่อย

ระบบค้นหาและสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

ประวัติการค้นพบ

Step 1 > Step 2 > Step 3 > Step 4

คำอธิบาย ค้นหาเครื่องมือแพทย์ ข้อมูลบริษัท/หน่วยงาน ผลลัพธ์

ข้อมูลเครื่องมือแพทย์

ชื่อเครื่องมือแพทย์ : หลอดตรวจ

ประเภท : NON-IVD อื่นๆ

ความเสี่ยง : 2 (Low-moderate risk) ละเอียด

ผลิตภัณฑ์ : 5 ชิ้น

ข้อมูลสถานประกอบการ

สถานะการขึ้นทะเบียน : ยังไม่ขึ้นทะเบียนสถานประกอบการ
*ท่านสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ที่นี่ [คลิก](#)

หน่วยงานประกอบ : ไม่ทราบ
*ท่านสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์กับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ที่นี่ [คลิก](#)

ใบรับรองมาตรฐาน ISO : 13485 : เป็นรับรอง

ขอบข่าย ISO : ครอบคลุม

ประเภทธุรกิจ : ผลิต

การขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ : Full
เลขที่ใบรับรอง :
วันที่หมดอายุ : NaN-NaN-NaN

[ยกเลิก](#) [ยืนยันข้อมูล](#)

*คลิกยืนยันข้อมูล หากไม่มีการตรวจสอบชื่อผลิตภัณฑ์ก่อน

ระบบให้คำปรึกษาออนไลน์ (E-consult)

ภาพ 13: หน้าสรุปข้อมูล บริษัท/หน่วยงาน

4. ขั้นตอนที่ 4: ผลลัพธ์

หลังจากยืนยันข้อมูลแล้ว ระบบจะแสดงข้อมูลที่จำเป็นต่อการขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ที่ได้ทำการค้นหา ทั้งเอกสาร เว็บไซต์ หรือสื่อที่เกี่ยวข้อง และสามารถบันทึกภาพหน้าจอในขั้นตอนสุดท้ายนี้ได้ด้วยการคลิกปุ่ม “พิมพ์หน้านี้” ที่ส่วนล่างของหน้า และเอกสารต่าง ๆ สามารถดาวน์โหลดเป็นบางรายการ หรือดาวน์โหลดทั้งหมดได้ภายในหน้าผลลัพธ์

[illegible]

ภาพ 14: หน้าผลลัพธ์

ระยะเวลาขอรับบริการ

สามารถใช้งานระบบได้ทันทีหลังจากลงทะเบียน

ช่องทางใช้บริการ

ผ่านระบบเว็บไซต์ denmed.tcels.or.th หรือ ติดต่อ โปรแกรมบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ขั้นสูง (ARM) สังกัด สำนักงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

เลขที่ 120 ชั้น 7 อาคาร ซี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร 02 644 5499
วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 – 17.30 น.

ค่าธรรมเนียม

ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการขอรับบริการ

รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับบริการ

ไม่มี